

## Uso pretendido

A Calça para Exames é utilizada pelo paciente para a cobertura das partes íntimas durante a realização de exames, reduzindo a exposição do paciente.

## Descrição do Produto

A calça para exames trata-se de um produto descartável, constituído de material não tecido e de peso leve, projetado para dar maior conforto ao paciente durante o exame.

Referência	Descrição	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Diâmetro Cintura (cm)
U700100	Calça para Exames - Curta	58	70	45
U700000	Calça para Exames - Longa	120	70	45

## Orientações para antes do primeiro uso

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de segurança e avisos antes do primeiro uso do produto.

Ao retirar o produto da embalagem, o usuário deve vistoriá-lo para conferir se está completo, se não apresenta defeito e se é condizente com a descrição da etiqueta. Caso sejam observadas quaisquer irregularidades, o produto deve ser devolvido imediatamente ao fornecedor, para análise.

## Manuseio e operação

A calça é produzida em tamanho único, com cordão de ajuste na cintura, possibilitando o uso à diferentes tipos de pacientes. Há uma abertura na parte posterior da calça, que é fechada com um botão de pressão de fácil manuseio pelo paciente e pelo médico no momento do exame.

Este produto não é apropriado para outra finalidade que não as aqui previstas.

## Procedimento

Após abrir a embalagem, verificar o fechamento do botão da calça descartável e vesti-la, sem as roupas íntimas, com o lado da abertura para a região do exame. Em seguida, ajustar o tamanho da cintura da calça puxando o cordão e sem apertar excessivamente, mantendo-se confortável. Dar um nó para manter o ajuste preso.

## Armazenamento

Verificar o prazo de validade do produto antes do uso.



Não coloque nenhum objeto sobre o produto ou sua embalagem!  
Não coloque os produtos perto de produtos químicos agressivos!



Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a outros raios ultravioletas!



Mantenha em local seco e arejado.

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos tiverem sido armazenados de forma inadequada.

## Advertências:

- Não aplicar força excessiva para abrir o botão, pois poderá danificar o produto.
- Trabalhe delicadamente.
- Não trabalhe com produtos defeituosos

## Limpeza e esterilização



Este dispositivo foi concebido e garantido para uso único!

## Risco em caso de reutilização

Esses produtos destinam-se exclusivamente à uso único. A G-Flex isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A reutilização de um produto de uso único pode representar riscos para a segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho do produto.

## Descarte

Após a utilização, o material pode ter um risco biológico potencial, sendo proibido o descarte em lixo comum. O descarte deve ser feito em lixo hospitalar ou conforme legislação local.

## Reparos e reclamações

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo.

## Base legal

Aplicar-se à a Legislação Brasileira.

## Suporte ao produto

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos produtos, entre em contato com seu distribuidor local ou diretamente com a G-FLEX em horário comercial.

**Horários disponíveis:** Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).



Número do catálogo



Atenção



Consulte as instruções de uso



Não estéril



Lote



Não reutilize



Data de fabricação



Proteja da luz solar



Usar antes de



Mantenha seco



Fabricante



Quantidade por caixa



Não usar se a embalagem estiver danificada

